

2021年12月

医療関係者 各位

サンド株式会社

**アナペイン®注相互接続防止コネクタ対応製品  
発売時期再延期のお詫びとお知らせ**

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

神経麻酔分野における相互接続防止コネクタ (ISO(IEC)80369-6) の導入に伴い、アナペイン注のアンプル製剤について、ルアーフィット機能<sup>\*1</sup>を有する相互接続防止コネクタ対応製品 (以下、新規格製品) への変更を2022年1月出荷開始予定で進めておりました。しかしながら、注射筒との接続部分の嵌合性の課題解決に時間を要しており、発売予定時期を2023年1月出荷開始予定に再度延期させていただくこととなりました。

医療関係者の皆様方におかれましては、さらにお待たせすることとなり申し訳ございませんが、何卒事情ご賢察の上、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品

製品名	規格	新規格製品 供給予定時期
アナペイン注 2mg/mL	10mL アンプル <sup>*2</sup>	2023年1月頃
アナペイン注 7.5mg/mL	10mL アンプル 20mL アンプル	
アナペイン注 10mg/mL	10mL アンプル 20mL アンプル	

\*1: 注射針を用いることなく、シリンジとアンプルを直接接続して注射液を吸引することが可能な機構を有する容器

\*2: アナペイン注 2mg/mL は 10mL アンプルのみ対応 (100mL バッグは対象外)

以上

問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ  
**0120-982-001** 受付時間 9:00-17:00  
(土・日、祝日及び当社休日を除く)  
URL <https://www.sandoz.jp/>

A2112ANA-SPKK