

2021年12月

医療関係者 各位

丸石製薬株式会社

ポプスカインポリエチレンアンプル相互接続防止コネクタ対応製品  
発売時期再延期のお詫びとお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

神経麻酔分野における相互接続防止コネクタ (ISO80369-6) 導入に伴い、長時間作用性局所麻酔剤であるポプスカインのポリエチレンアンプルについては、ISO80369-6 に準拠した注射筒と直接接続可能なルアーフィットアンプルへの変更を、2022年1月出荷開始予定で進めておりましたが、各社の注射筒との嵌合の確認および製造条件の設定に時間を要しているため、2023年1月出荷開始予定に再度延期となりました。

医療関係者の皆様におかれましては、さらにお待たせすることとなり誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象品目

品名	規格	ISO80369-6 対応品 供給予定時期
ポプスカイン 0.25%注 25mg/10mL	10mL アンプル	2023年1月頃
ポプスカイン 0.5%注 50mg/10mL	10mL アンプル	
ポプスカイン 0.75%注 75mg/10mL	10mL アンプル	
ポプスカイン 0.75%注 150mg/20mL	20mL アンプル	

■ お問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中 2-4-2  
TEL. 0120-014-561

以上