

2022年12月

医療関係者 各位

サンド株式会社

**アナペイン®注相互接続防止コネクタ対応製品
発売に関するお詫びとお知らせ**

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

神経麻酔分野における相互接続防止コネクタ (ISO(IEC)80369-6) の導入に伴い、アナペイン注のアンプル製剤について、ルアーフィット機能*を有する相互接続防止コネクタ対応製品 (以下、新規格製品) への変更を2023年1月出荷開始予定で進めておりました。しかしながら、注射筒との接続部分の嵌合性の課題を解決できないことから、新規格製品の発売を断念せざるを得ないこととなりました。

今後のアナペイン注アンプル製剤の対応につきましては検討中でございますが、対応決定次第速やかにご報告をさせていただきます。

医療関係者の皆様方におかれましては、ご不便、ご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません。何卒事情ご賢察の上、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

*注射針を用いることなく、シリンジとアンプルを直接接続して注射液を吸引することが可能な機構を有する容器

謹白

記

【対象製品】

製品名	規格
アナペイン注 2mg/mL	10mL アンプル
アナペイン注 7.5mg/mL	10mL アンプル 20mL アンプル
アナペイン注 10mg/mL	10mL アンプル 20mL アンプル

※現行の製品につきましては、引き続き販売を継続いたします。

以上

問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ
0120-982-001 受付時間 9:00-17:00
(土・日、祝日及び当社休日を除く)
URL <https://www.sandoz.jp/>

A2212ANA-SPKK