

2022年12月

医療関係者 各位

丸石製薬株式会社

ポプスカインポリエチレンアンプル相互接続防止コネクタ対応製品  
発売に関するお詫びとお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

神経麻酔分野における相互接続防止コネクタ (ISO(IEC)80369-6) の導入に伴い、長時間作用性局所麻酔剤であるポプスカイン® 0.25%注・0.5%注・0.75%注 (一般名: レボブピバカイン塩酸塩) のポリエチレンアンプル製剤につきまして、ISO(IEC)80369-6 に準拠した注射筒と直接接続可能なルアーフィットアンプルへの変更を 2023 年 1 月出荷開始予定で検討を進めて参りましたが、注射筒との嵌合性を担保することが難しく、医療関係者の皆様にご満足いただける製品の開発が困難であると判断し、発売を断念せざるを得ないこととなりました。

今後のポリエチレンアンプル製剤の対応につきましては検討中でございますが、対応決定次第速やかにご報告をさせていただきます。

医療関係者の皆様には、ご迷惑をおかけし誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象品目

品 名	規 格
ポプスカイン®0.25%注 25mg/10mL	10mL アンプル
ポプスカイン®0.5%注 50mg/10mL	10mL アンプル
ポプスカイン®0.75%注 75mg/10mL	10mL アンプル
ポプスカイン®0.75%注 150mg/20mL	20mL アンプル

※現行の製品につきましては、引き続き販売を継続いたします。

■ お問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中 2-4-2  
TEL. 0120-014-561

以上