

2026 年 4 月

お客様各位

東京都港区赤坂 7-1-1
I C U メディカルジャパン株式会社

【ポータカットⅡ_硬膜外トレー 1 個】販売中止のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

これまで、構成部材の供給終了に伴い、別の供給元への切り替えを進めてまいりました。しかしながら、製造再開に向けて実施した性能評価・品質試験において、当社が求める基準を満たすことができず、安定した供給体制の構築が困難であるとの判断に至りました。

つきましては、誠に遺憾ではございますが、当該製品の販売を中止させていただくこととなりました。また、当製品と同等の代替品はご提供できない状況でございます。長年ご使用いただいた施設様に対し代替手段をご提示できないこと、深くお詫び申し上げます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品：

品番	品名	JAN コード
21-1501-22	ポータカットⅡ_硬膜外トレー 1個	0610586013334

販売中止理由： 構成部材のサプライヤー変更を検討したものの、性能評価試験を満たせず、製造継続が困難と判断されたため。

お問い合わせ先：受注センター TEL: 0120-582-855
詳細につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

以上